



**Komunikat nr 1
z dnia 31 marca 2025 r.**

**dot. Zapytania ofertowego nr GAPR-SmartMed/250/25/W z dnia 25.03.2025 r.
dot. kompleksowej usługi transportowej eksponatów na targi KIHE 2025
dla członka Klastra MedSilesia / wystawcy (uczestnika projektu SmartMed –
rozwój oferty usługowej klastra MedSilesia – cyfryzacja aparatury medycznej,
Innovation Showroom robotyki medycznej, transformacja na platformie COIN
i internacjonalizacja oferty produktowej)**

PYTANIA OFERENTÓW

Na zadane przez Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie numer 1:

Jakie materiały promocyjne będą wysyłane oraz jaka będzie ich wartość?

Odpowiedź:

Transportowane materiały promocyjne, które będą przewożone na targi to katalogi i ulotki. Dodatkowo wystawca w przesyłce uwzględni około 20-30 sztuk pendrive'ów oraz materiały biurowe takie jak: zszywacze, taśmę klejącą, folię stretch. Wartość wspomnianych materiałów promocyjnych wynosi około 100 Euro i została już ujęta w kwocie końcowej wskazanej w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr GAPR-SmartMed/250/25/W z dnia 25.03.2025r.

Pytanie numer 2:

Czy w przesyłce będą baterie oraz inna elektronika?

Odpowiedź:

Transportowany eksponat - łóżko jest elektryczne i jest wyposażone w 4 siłowniki elektryczne, panel sterowniczy, pilota, skrzynkę kontrolną. Wszystko działa na napięciu jednofazowym, 230 V. Pilot i panel kontrolny są urządzeniami przewodowymi, więc nie potrzebują osobnego zasilania. Akumulator jest integralną częścią systemu elektrycznego łóżka w związku z czym do komunikatu załączony został stosowny dokument Material Safety Data Sheet (MSDS).

Zmiana terminu składania ofert

Po zmianie:

IV. Termin składania ofert

„Ofertę należy złożyć do dnia **07.04.2025 r. do godz. 10:00.**”

Zmiana terminu składania zapytań

Po zmianie:

XVI. Informacje dodatkowe, ust. 4



„Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie później niż do dnia **03 kwietnia 2025 r.** (dotyczące treści zapytania ofertowego) w formie komunikatów ogłoszonych w Bazie Konkurencyjności BK2021 oraz na stronie internetowej <https://gapr.pl/>.”

INFORMACJA

1. Zamawiający informuje, iż uzupełnia treść Załącznika nr 2 – Specyfikacja o informacje na temat kodu taryfy celnej na łóżko - 9402 90 00 00.

Załącznik do Komunikatu nr 1:

1. Zapytanie Ofertowe nr GAPR-SmartMed/250/25/W – aktualizacja z dnia 31.03.2025r.
2. Załącznik nr 2 Specyfikacja – aktualizacja z dnia 31.03.2025r.
3. Dokument Material Safety Data Sheet (MSDS)

Anna Mitas
Prokurent



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2